

Dental

DESCOSUC CLEANER

Aspirasyon sistemleri için temizleyici

- Güçlü temizlik
- Özellikle az köpüren formülasyon
- DESCOSUC için ideal tamamlayıcı

Ürün Tanımı

Amalgam separatörleri, tükürük kapları ve hatları olan ve olmayan dental aspirasyon sistemlerinin düzenli yoğun temizliği için sıvı konsantredir. DESCOSUC CLEANER, optimum temizlik ve aspirasyon sisteminin sorunsuz çalışmasını sağlar.

Uygulama

DESCOSUC CLEANER'ı haftada bir veya iki kez kullanın. Kirlilik derecesine bağlı olarak, 50 ml veya 100 ml DESCOSUC CLEANER'ı 1 litre olacak şekilde su ile tamamlayın. Temizlik için 2 litre yeni solüsyon hazırlayın (örn. temizliği öğle tatilinde yapın). Kullanıma hazır solüsyonun 2/3'sini emme hortumlarından emdirin ve 1/3'ünü tükürük kabına dökün.

En iyi temizleme etkisi, yaklaşık 1.5- 2 saatlik temas süresidir. Süre sona erdikten sonra, hortumlardaki çözünmüş kiri tamamen temizlemek için temiz su ile durulayın. Temizleme solüsyonunu gece boyunca sistemde bırakmayın.

AB Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği'ne göre kullanıcılar/hastalar, bu ürünle bağlantılı olarak meydana gelen tüm ciddi olayları üreticiye ve kullanıcının/hastanın yerleşik olduğu AB üye devletinin yetkili makamına bildirmekle yükümlüdür.

Dozaj/temas süresi

Normal işle ilgili kirlenme durumunda: % 5 (50 g/L)

Aşırı kirlenme durumunda: % 10'a kadar (100 g/L)

Temas süresi: Kirlilik derecesine bağlı olarak 1,5 ila 2 saat

İçerik

Organik asitler, <% 5 phosphonates

Malzeme uyumluluk

DESCOSUC CLEANER uygulaması aşağıdaki malzemeler için önerilmez: Bakır.

DESCOSUC CLEANER uygulaması yalnızca şu malzemeler için şartlı olarak önerilir: alüminyum, pirinç.

Bilirkişi Raporları

Etkinlik raporları üretici teknik dosyalarında mevcuttur.

Tehlike

Glikolik asit (hydroxyacetic asit), 1-hidroksietan-1, 1-difosfonik asit

Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. YUTULDUĞUNDA: Ağzınızı çalkalayın. İstifra



etmeye ÇALIŞMAYIN. DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın. GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. Maruz kalınma halinde: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın. İçeriği/kabı Yetkili imha yeri veya belediyenin toplama yeri bertaraf edin.

Yalnızca ulusal yönergelerle uygun olarak uygun uzmanlık bilgisine sahip personel tarafından kullanılır. Profesyonel kullanım içindir.

Kullanmadan önce etiketi okuyun.

Ruhsat

- 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'ne uygundur.

Üretici

Dr.Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3 34323 Malsfeld-Almanya
Tel: +49 5664 9496-0 Faks: +49 5664 8444
www.schumacher-online.com

İthalatçı

Dr.Schumacher Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İbni Melek Organize Sanayi Bölgesi 5.Yol
No:42 Tire/ İZMİR
Telefon: 0 232 513 50 05 Faks: 0232 853 94 87
www.schumacher-online.com.tr

ÜRÜN	Ambalaj Şekli	İçerik	Gönderim Birimi	REF
DESCOSUC CLEANER	Bidon	5 L	3	00-818-050E



Dr. Schumacher

Dr. Schumacher Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İbni Melek Organize Sanayi Bölgesi 5. Yol No:42 Tire-İzmir/Türkiye Tel: +90 232 513 50 05 Faks: +90 232 853 94 87
info.tr@schumacher-online.com www.schumacher-online.com.tr

