

Manuel Dezenfeksiyon

DESCOTON %2 GDA

%2 Gluterdialdehit İçerikli Kullanıma Hazır

Alet Dezenfektanı

- Hızlı etki gösterir
- Kullanıma hazır
- Materyallere karşı hassastır

Ürün Özellikleri

DESCOTON %2 GDA kullanıma hazır, formaldehit içermeyen bir preparattır. Descoton %2 GDA, gösterdiği yüksek malzeme uyumluluğu ve formülasyonunda yer verilen korozyon inhibitörleri sayesinde özellikle hassas malzemeler için uygundur.

Kullanım Alanları

AB Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'ne göre: Tıbbi aletlerin daldırma banyolarındaki dezenfeksiyon işlemlerinde kullanılır.

Descoton %2 GDA her türdeki cerrahi aletin, ısıya dayanıksız anestezi aksesuarlarının ve laparoskopi aletlerinin dezenfeksiyonu için kullanılır. Hızlı etki göstermesi sayesinde aynı zamanda TEE (Trans özofageal ekokardi-yografi) problemleri ve her çeşit cerrahi aletin dezenfeksiyonunda kullanımı uygundur.

Kullanım Şekli

Daldırma Banyolarında Dezenfeksiyon Prosedürü:

Dekontamine aletleri Descoton %2 GDA solüsyonu içerisine yerleştirin. Bütün yüzeyler ve boşluklar çalışma solüsyonu ile tamamen ıslanmış olmalıdır. Temas süresi geçtikten sonra aletleri deiyonize su ile dikkatlice durulayınız ve kurulayınız, eğer gerekliyse aletleri dezenfeksiyon kuvveti sterilizasyon prosedürü ile devam ediniz. Çalışma solüsyonunun günlük olarak değiştirilmesi

Etki Spektrumu ve Temas Süreleri			30 sn	1 dk	5 dk	15 dk	45 dk
Bakteri ve yeast							
Alet dezenfeksiyonu için uygulama önerisi: Bakterisidal, fungisidal	DGHM	Kirli koşul		•			
Mikobakterisid (M. avium and M. terrae)	EN 14563	Kirli koşul			•		
Tüberkülozid (M. terrae)	EN 14348	Temiz koşul			•		
Zarflı virüs							
Zarflı virüsler	RKI/DVV	HBV/HIV/HCV dahil	•				
Ek test raporları							
Bakterisidal	EN 13727	Kirli koşul		•			
	EN 14561	Kirli koşul			•		
Yeastisidal (Candida albicans)	EN 13624	Kirli koşul		•			
	EN 14562	Kirli koşul		•			
Fungusidal (Aspergillus brasiliensis)	EN 13624	Kirli koşul			•		
Sporosidal (Clostridium difficile)	AFNOR NF T 72-231						•

* faz 2 adım 1 ve faz 2 adım 2 testleri dahil (kantitatif süspansiyon testleri ve kantitatif carrier testleri)

tavsiye edilir. MEC stripleri ile aktif madde kontrolü yapılarak, hazırlanan solüsyon 28 güne kadar kullanılabilir.

Validasyonu yapılmış prosedürlere uygun olarak aletleri sterilize ediniz.

Kullanım Notları

DESCOTON %2 GDA kullanırken uygun kişisel koruyucu ekipman giyilmelidir. Descoton %2 GDA ilk defa kullanılıyorsa aletleri, dezenfeksiyon kuvvetini iyice temizleyip, kimyasal kalıntılardan arındırınız. Non-iyonik bir temizleyici ile temizlenmesi önerilir.



Dr. Schumacher

Dr. Schumacher Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İbni Melek Organize Sanayi Bölgesi 5. Yol No:42 Tire-İzmir/Türkiye Tel: +90 232 513 50 05 Faks: +90 232 853 94 87 info.tr@schumacher-online.com www.schumacher-online.com.tr



DESCOTON %2 GDA

%2 Gluterdialdehit İçerikli Kullanıma Hazır Alet Dezenfektanı

İçerik

100 g çözelti;
2,15 g Glutaraldehide içerir

Bilirkişi Raporları

Etkinlik raporları üretici teknik dosyalarında mevcuttur.

Tehlike

Etilen Glikol, gluteraldehit.
Yutulması halinde zararlıdır. Cilt tahrişine yol açar. Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir. Ciddi göz hasarına yol açar. Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir. Solunum yolu tahrişine yol açabilir. Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki. Tozunu/ dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının. Koruyucu kıyafet, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanın. YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın. CİLT İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol su ve sabun ile yıkayın. SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. GÖZLERDE İSE: Birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın. Kontakt lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin. Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

Sadece profesyonel kullanım içindir.

Ruhsat

- 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'ne uygundur.

Üretici Firma

Dr. Schumacher Kimya San.ve Tic.A.Ş
İbni Melek Organize Sanayi Bölgesi
5. Yol No:42 Tire-İzmir/Türkiye
Tel: +90 232 513 50 05 Faks: +90 232 853 94 87
www.schumacher-online.com.tr

Ürün	Ambalaj Şekli	İçerik	Gönderim Birimi	REF
DESCOTON %2 GDA	Bidon	5 L	3	00-TR135-050



CE 0482

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



Dr. Schumacher

Dr. Schumacher Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İbni Melek Organize Sanayi Bölgesi 5. Yol No:42 Tire-İzmir/Türkiye Tel: +90 232 513 50 05 Faks: +90 232 853 94 87
info.tr@schumacher-online.com www.schumacher-online.com.tr

