



## Manuel Dezenfeksiyon ve Yeniden Kullanıma Hazırlama

# DESCOTON PAA

## Yüksek Düzey Konsantre Tıbbi Alet ve Endoskop Dezenfektanı

- Perasetik asit ve hidrojen peroksit bazlıdır
- Materyallere karşı hassastır
- Hızlı etki gösterir

### Ürün Özellikleri

Descoton PAA, perasetik asit ve hidrojen peroksit bazlı yüksek düzey konsantre bir üründür. Yarı kritik aletler ve endoskoplar için yüksek düzey dezenfeksiyon sağlar. Isıya dayanıklı ve dayanıksız malzemeler için kullanıma uygundur. Korozyon önleyici maddeler içerir. Aldehit ve fenol içermez.

### Kullanım Alanları

Descoton PAA, ameliyatlarda kullanılan aletlerin, cerrahi-mikrocerrahi aletlerinin ve endoskoplar dahil tıbbi cihazların yüksek düzey dezenfeksiyonu için kullanılır. Manuel olarak alet dezenfeksiyon kuvvetlerinde veya yarı otomatik endoskop yıkama makinelerinde kullanıma uygundur.

### Kullanım Şekli

Alet dezenfeksiyon kuvetine suyu doldurunuz ve istediğiniz konsantrasyonda solüsyon elde etmek için gerekli miktarda Descoton PAA'yı dozaj pompası yardımıyla küvete boşaltınız. Ön temizliği yapılmış ve durulanmış aletleri demonte ederek küvete yerleştiriniz. Bütün yüzey, boşluk ve çukurlar çözelti ile tamamen ıslanmış olmalıdır. Temas süresi geçtikten sonra aletleri deiyonize su ile dikkatlice durulayınız ve kurutunuz.

Çalışma solüsyonu, kapalı haldeki dezenfeksiyon kuvetinde muhafaza edilme şartı ile 14 gün kullanılabilir. Her kullanımdan önce solüsyonun etkinliği test stripleri ile kontrol edilmelidir. Geçmeme durumunda ya da

| Etkinlik Spektrumu ve Temas Süresi        |          |                      | 1 dk. | 5 dk. | 15 dk. | 30 dk. | 60 dk. |
|-------------------------------------------|----------|----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|
| <b>Bakteri</b>                            |          |                      |       |       |        |        |        |
| Bakterisidal                              | EN 13727 | kirli koşul          |       | % 1   |        |        |        |
|                                           | EN 14561 | kirli koşul          |       | % 1   |        |        |        |
| Mikobakterisidal (M. avium ve M. terrae)  | EN 14348 | temiz koşul          |       | % 1   |        |        |        |
|                                           | EN 14563 | temiz koşul          |       | % 1   |        |        |        |
| Tüberkülosidal (M. terrae)                | EN 14348 | temiz koşul          |       | % 1   |        |        |        |
|                                           | EN 14563 | temiz koşul          |       | % 1   |        |        |        |
| <b>Yeast ve Fungus</b>                    |          |                      |       |       |        |        |        |
| Yeastisidal (C. albicans)                 | EN 13624 | kirli koşul          |       | % 1   |        |        |        |
|                                           | EN 14562 | kirli koşul          |       | % 1   |        |        |        |
| Fungusidal (C. albicans, A. brasiliensis) | EN 13624 | kirli koşul          |       | % 1   |        |        |        |
|                                           | EN 14562 | kirli koşul          |       | % 1   |        |        |        |
| <b>Virüs</b>                              |          |                      |       |       |        |        |        |
| Virüsidal (Poliovirus, Adenovirus, MNV)   | EN 14476 | kirli ve temiz koşul |       | % 1   |        |        |        |
| <b>Spor</b>                               |          |                      |       |       |        |        |        |
| Sporisidal (B. subtilis)                  | EN 17126 | temiz koşul          |       | % 3   |        |        |        |

gözle görünür bir kirlilik olması durumunda solüsyonu hemen değiştiriniz.

Ambalajı açılmış ürün, kapağının sıkıca kapatılarak muhafaza edilmesi kaydı ile 6 ay kullanılır.

### İçerik

100 g Descoton PAA;  
7 g peracetic acid,  
3 g hydrogen peroxide içerir.

### Malzeme Uyumluluk

Perasetik asit bazlı ürünler alüminyum kaplamalı ve bakır, pirinç, çinko gibi



Dr. Schumacher

Dr. Schumacher Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İbni Melek Organize Sanayi Bölgesi 5. Yol No:42 Tire-İzmir/Türkiye Tel: +90 232 513 50 05 Faks: +90 232 853 94 87  
info.tr@schumacher-online.com [www.schumacher-online.com.tr](http://www.schumacher-online.com.tr)





# DESCOTON PAA

## Yüksek Düzey Konsantre Tıbbi Alet ve Endoskop Dezenfektanı

malzemelerle uyumsuzdur. Önceden hasar görmüş aletler ve endoskoplar için uyumsuzdur.

Pentax, Fujinon ve Olympus marka endoskoplarda kullanılmıştır.

### Bilirkişi Raporları

Etkinlik raporları üretici teknik dosyalarında mevcuttur.

### Tehlike

Perasetik Asit, Hidrojen peroksit çözeltisi. Isıtma yangına yol açabilir. Metalleri aşındırabilir. Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. Solunum yolu tahrişine yol açabilir. Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki. Isıdan/kıvılcımdan/alevden/ sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez. Sadece orijinal kabında saklayın. Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın. Çevreye verilmesinden kaçının. GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın. Döküntüleri toplayın. İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.

Aşındırıcılara karşı dayanıklı/dayanıklı bir iç astara sahip kapta depolayın. İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

Sadece profesyonel kullanım içindir.

### Ruhsat

-93/42/EEC Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'ne uygundur.

### Üretici Firma

Dr. Schumacher Kimya San.ve Tic.A.Ş.  
İbni Melek Organize Sanayi Bölgesi  
5. Yol No:42 Tire-İzmir/Türkiye  
Tel: +90 232 513 50 05 Faks: +90 232 853 94 87  
www.schumacher-online.com.tr

| Ürün         | Ambalaj Şekli | İçerik | Gönderim Birimi | REF           |
|--------------|---------------|--------|-----------------|---------------|
| DESCOTON PAA | Şişe          | 1 L    | 10              | 00-TR9105-010 |
|              | Bidon         | 5L     | 3               | 00-TR9105-050 |

Dezenfektanları güvenli kullanın. Kullanmadan önce her zaman etiket ve ürün bilgilerini okuyun.



CE 0482

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Konsantre ürün pH değeri:

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

%1'lik konsantrasyondaki pH değeri:

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

%3'lük konsantrasyondaki pH değeri:



Dr. Schumacher

Dr. Schumacher Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İbni Melek Organize Sanayi Bölgesi 5. Yol No:42 Tire-İzmir/Türkiye Tel: +90 232 513 50 05 Faks: +90 232 853 94 87  
info.tr@schumacher-online.com www.schumacher-online.com.tr

