

Manuel Dezenfeksiyon ve Yeniden Kullanıma Hazırlama

ENDEX

Kullanıma Hazır Alet Dezenfektanı

- Yüksek materyal uyumluluğu
- Cerrahi aletler için ideal
- Mükemmel temizleme özelliği



Ürün Özellikleri

ENDEX, tıbbi aletlerin tek işlemde temizliğini ve dezenfeksiyonunu gerçekleştiren kullanıma hazır bir preparattır.

ENDEX, tamamen yeni sinerjistik aktif madde temeline dayanır. Aldehit ve Fenol içermez. İçerdiği etkili korozyon inhibitörleri sayesinde dezenfeksiyon işlemi esnasında malzemelere zarar vermez.

ENDEX kullanımı sırasında rahatsız edici koku oluşturmaz, hoş kokuludur.

Kullanım Alanları

ENDEX her türlü cerrahi aletin kısa sürede dezenfeksiyonunu sağlar. Isıya karşı hassas aletler de dahil, MIC cerrahisinde kullanılan aletler ve anestezi malzemeleri için de çok uygundur.

Kullanım Şekli

Aletleri kullanımından hemen sonra solüsyon içine açık olarak koyunuz. Dezenfekte edilecek yüzey ve boşluklar çalışma solüsyonu ile tamamen ıslanmış olmalıdır. Aletler üzerinde hava kabarcığı oluşmamasına dikkat ediniz. Etki süresi geçtikten sonra aletleri akan suyun altında dikkatlice

Etki Spektrumu ve Temas Süresi			5 dk	15 dk	30 dk	60 dk
Bakteri ve yeast						
Alet dezenfeksiyonu için uygulama önerisi: Bakterisidal, yeastisidal*	VAH / EN	Kirli koşul		%3	%2**	%1**
Virüs						
Zarflı virüs	RKI/DVV	HBV/HIV/HCV dahil		%2	%1	
	EN 14476	Temiz koşul		%1		
	EN 17111	Kirli koşul		%1		
Ek test sonuçları						
Bakterisidal	EN 13727	Temiz koşul	%0.25			
		Kirli koşul	%1,5	%1		
	EN 14561	Kirli koşul	%2	%1		
	EN 1276	Temiz koşul	%0.25			
Yeastisidal (Canida albicans)	EN 13624	Temiz koşul	%0.5			
		Kirli koşul		%1		
	EN 14562	Kirli koşul		%2	%1	
	EN 1650	Temiz koşul	%0.25			
Tüberkülosidal (M. terrae)	EN 14348	Temiz koşul				%5
Papova/polyomavirus	RKI/DVV	Temiz koşul			%2	%1

* faz 2 adım 1 ve faz 2 adım 2 testleri dahil (kantitatif süspansiyon testleri ve kantitatif carrier testleri)

** alet dezenfeksiyonu için VAH listesinde listelenmiştir, bkz. VAH-List [online: <https://vah-liste.mhp-verlag.de/>]



Manuel Dezenfeksiyon ve Yeniden Kullanıma Hazırlama ENDEX

Kullanıma Hazır Alet Dezenfektanı

yıkayınız ve kurulayınız. Tüm sirkülasyon prosedürleri için uygundur.

Çalışma solüsyonunun günlük olarak değiştirilmesi önerilir. Çalışma solüsyonu kapalı haldeki dezenfeksiyon küvetinde muhafaza edilmek şartı ile 14 gün kullanılabilir. Her kullanımdan önce solüsyonun etkinliği test stripleri ile kontrol edilmelidir. Geçmemesi durumunda ya da göz le görünür bir kirlilik olması durumunda solüsyonu hemen değiştiriniz.

Uygulama Notları

İlk kullanımından önce kimyasal kalıntıları, aldehitleri uzaklaştırmak için aletlerin ve dezenfeksiyon küvetinin su ile ön temizliğini yapınız.

İçerik

ENDEX, PERFEKTAN ENDO'dan %3 oranında Dr. Schumacher Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından seyretilerek ambalajlanmıştır.

100 g ENDEX;
0,11 g Coco propylenediamine guanidinium acetate
0,17 g Didecyl methyl ethyl ammonium propionate içerir.

Bilirkişi Raporları

Etkinlik raporları üretici teknik dosyalarında mevcuttur.

Tehlike ve Önlem İfadeleri

Çocuklardan uzak tutunuz. Uzun süreli etkileri ile sucul yaşam için zararlıdır. Çevreye saliverilmesinden kaçınınız. GÖZ İLE TEMA-SI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayınız. Varsa ve yapması kolaysa kontakt lensleri çıkarınız. Durulamaya devam ediniz. İçeriği/kabı atık yönetim yönetmeliğine göre bertaraf ediniz.

Sadece profesyonel kullanım içindir.

Ruhsat

- 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'ne uygundur.

Üretici

Dr.Schumacher Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İbni Melek Organize Sanayi Bölgesi
5.Yol No:42 Tire/ İZMİR
Telefon: 0 232 513 50 05 Faks: 0232 853 94 87
www.schumacher-online.com.tr

Ürün	Ambaj Şekli	İçerik	Gönderim Birimi	REF
ENDEX	Bidon	5 L	3	00-TR1215-050



CE 0482

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



Dr. Schumacher

Dr. Schumacher Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İbni Melek Organize Sanayi Bölgesi 5. Yol No:42 Tire-İzmir/Türkiye Tel: +90 232 513 50 05 Faks: +90 232 853 94 87
info.tr@schumacher-online.com www.schumacher-online.com.tr

