



Dezenfeksiyon Mendil Sistemleri

one system basic

Dezenfektan İle Doldurulan Tek Kullanımlık Mendil Dispenser Sistemi

- Özellikle kolay kullanım ve doluluk seviyesi kontrolü için yüksek stabiliteye sahip kompakt esnek ambalaj
- DESOTEX non-woven mendillerle doldurma
- 15 dakikada kullanıma hazır - enfeksiyon riski yüksek olan bölgelerde bile - 6 hafta kullanım süresi



HIZLI KULLANIMA
15 DK.
HAZIRLAMA

KULLANIM SÜRESİ
6 HAFTA
TEST EDİLMİŞTİR

Ürün Özellikleri

ONE SYSTEM BASIC tıbbi cihazların ve tıbbi envanterin yanı sıra her türlü yüzeyin dezenfeksiyonu için tek kullanımlık mendil dispenser sistemidir. ONE SYSTEM BASIC pratik ve zaman kazandıran bir uygulama sağlar. Özellikle kullanışı ve kompakt tek kullanımlık mendil dispenser sistemi basit, güvenli, verimli ve hızlı bir şekilde kullanıma hazırdır. Kullanıcı sistemi doğrudan uygun dezenfektanla doldurulabilir ve 15 dakikalık kısa bir bekleme süresinden sonra kullanılabilir. Yapısı ve kullanımı normal mendil dispenser sistemlerine dayanır, ancak esnek ve yerden tasarruf sağlayan bir tasarıma sahiptir.


ONE SYSTEM BASIC tek kullanımlıktır. 6 haftalık uzatılmış bekleme süresinin bitiminden sonra herhangi bir yeniden işleme tabi tutulması gerekmez. Süre bitiminden ve kalan çözeltilerin atılmasından sonra sistem geri dönüştürülebilir.

Kullanım Alanları

Tek kullanımlık dispenser sistemi, tıbbi cihazları, tıbbi envanterleri ve her türlü yüzeyi dezenfekte etmek ve temizlemek için tasarlanmıştır.

Dezenfektan İle Doldurulan Tek Kullanımlık Mendil Dispenser Sistemi

Kullanım Notları



Kullanım Şekli

Üreticinin talimatlarına göre hazırlanmış veya kullanıma hazır dezenfektanlarla kullanım için. Doğru şekilde hazırlandığında 42 günlük kullanma ömrü sağlayabilen aşağıdaki ürünleri öneririz: DESCOSEPT AF, DESCOSEPT SENSITIVE, DESCOSEPT RF, CLEANISEPT SPRAY, CLEANISEPT TB

Dispenserin kapağını sökün. Kapağı, yüzü aşağıya bakacak şekilde temiz bir yüzeye yerleştirin. Halihazırda dispenserda bulunan non-woven mendil rulosunu, 2,5 L kullanıma hazır dezenfektan çözeltisiyle ıslatın. Kapaktaki koruyucu kapağı açın. İlk non-woven mendili mendil rulosunun ortasından dışarı çekin. Mendilin ön kısmını kapaktaki yıldız şeklindeki



Dezenfeksiyon Mendil Sistemleri

one system basic

dispenser deliğinden geçirin. Kapağı geri takın ve koruyucu kapağı kapatın. Dispenser deliğini kapatırken, çekilen mendilin tamamen koruyucu kapakla kaplandığından emin olun. Ürün üzerindeki etiketi doldurun. 15 dakika mendillerin solüsyonu emme süresinden sonra, non-woven mendiller kullanıma hazırdır. İlk mendili kullanmadan atın.

Yüzeyler tamamen ıslanana kadar **ONE SYSTEM BASIC** mendili ile yüzeyleri silin ve tüm temas süresi boyunca kurumaya bırakın.

Sistem tek kullanımlıktır! Kalan solüsyonu atın, dispenser kapağı açık olarak üzerinden bastırarak sıkıştırın ve geri dönüşüm birimlerine atın.

Bilirkişi Raporları

Bilirkişi raporları üretici teknik dosyalarında mevcuttur.

Üretici Firma

Dr.Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3, 34323 Malsfeld/Almanya
Tel: +49 5664 9496-0 Faks: +49 5664 8444
www.schumacher-online.com

İthalatçı Firma

Dr. Schumacher Kimya San.ve Tic. A.Ş
İbni Melek Organize Sanayi Bölgesi
5. Yol No:42 Tire-İzmir/Türkiye
Tel:+90 232 513 50 05 Faks:+90 232 853 94 87
www.schumacher-online.com.tr

Ürün	Ambalaj Şekli	İçerik	Gönderim Birimi	Boyut	REF
ONE SYSTEM BASIC	Dispenser	120	4	17,5 x 36 cm	00-915-OSEB120

Dezenfektanları güvenli kullanın. Kullanmadan önce her zaman etiket ve ürün bilgilerini okuyun.



Dr. Schumacher

Dr. Schumacher Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İbni Melek Organize Sanayi Bölgesi 5. Yol No:42 Tire-İzmir/Türkiye Tel: +90 232 513 50 05 Faks: +90 232 853 94 87
info.tr@schumacher-online.com www.schumacher-online.com.tr

