



Manuel Dezenfeksiyon ve Yeniden Kullanıma Hazırlama

PERFEKTAN® ENZYME

Cerrahi Aletlerin ve Endoskopların Yeniden Kullanıma Hazırlanması İçin Multi-Enzimatik Temizleyici Dezenfektan

- Nötr pH değeri sayesinde yüksek materyal uyumluluğu
- Sabitlenme olmadan etkili enzimatik ön temizlik için ideal
- Hoş kokulu dezenfektan etkisi



Ürün Özellikleri

PERFEKTAN ENZYME, termostabil ve termolabil tıbbi aletlerin manuel dezenfeksiyonu ve yeniden kullanıma hazırlanması için ideal bir temizleyici dezenfektandır. **PERFEKTAN ENZYME**, dört enzim ve seçilmiş yüzey aktif maddelerden oluşan yüksek performanslı multi-enzim kompleksi sayesinde, kontaminasyon durumunda protein sabitlemesine neden olmadan mükemmel bir temizleme performansı sağlar. Kullanımı sırasında hoş bir koku yayar ve aldehit ve amin içermeyen QAC'lere (kuaterner amonyum bileşikler) dayalı dezenfektan etkisi sayesinde **PERFEKTAN ENZYME** iş güvenliği açısından uygundur. Nötr pH değeri ile tıbbi aletlere karşı çok hassas olup mükemmel malzeme uyumluluğuna sahiptir. **PERFEKTAN ENZYME**, ultrasonik banyoda da kullanıma uygundur. Ayrıca **PERFEKTAN ENZYME**, flexible endoskopların yeniden işlenmesi için kullanılabilir ve **THERMOSHIELD NR** ve **THERMOSHIELD DESINFECTANT** ile tamamen uyumludur.

Kullanım Alanları

Cerrahi aletlerin, rijit ve flexible endoskopların ve ayrıca endoskop aksesuarlarının protein sabitlenmesi olmadan manuel temizliği/ön temizliği için aldehit ve amin içermeyen, dezenfektandır. Aletler dört enzim ve yüzey aktif madde ile temizlenir ve QAC (kuaterner amonyum bileşikler) ile dezenfekte edilir.

Etkinlik Spektrumu ve Temas Süresi			5 dk	15 dk	30 dk	60 dk
Bakteri ve yeast						
Alet dezenfeksiyonu için uygulama önerisi: Bakterisidal, yeastsidal*	VAH/EN	Kirli koşul		% 0,5		
Zarflı Virüsler						
Zarflı virüsler	EN 14476	Temiz ve kirli koşul	% 0,5			
	EN 17111	Temiz ve kirli koşul	% 0,5			
Diğer test sonuçları						
Bakterisidal	EN 13727	Kirli koşul	% 0,25	% 0,1		
	EN 14561	Kirli koşul	% 3	% 0,5		
Yeastsidal	EN 13624	Kirli koşul	% 0,25	% 0,1		
	EN 14562	Kirli koşul		% 0,5		

* faz 2 adım 1 ve faz 2 adım 2 testleri dahil (kantitatif süspansiyon testleri ve kantitatif taşıyıcı testleri)

Ultrasonik banyolarda kullanımı için uygundur. Tıbbi aletlerin otomatik olarak yeniden işlenmesi durumunda ön temizlik için uygundur.

Kullanım Şekli

PERFEKTAN ENZYME çalışma solüsyonunu istenilen konsantrasyonda suyla (maks. 40°C) hazırlayın. Yeniden işleme için kullanılan suyun kalitesi, ulusal direktiflere uygun olmalıdır.

Daldırma banyosunda temizleme ve dezenfekte etme prosedürü: Aletleri ve endoskopları, gerektiğinde ön temizlemeden sonra çalışma solüsyonuna yerleştirin ve tüm yüzeylerin ve boşlukların tamamen ıslandığından emin olun. Gerekirse, havanın lümenden tamamen çıkmasına izin verin. Gerekirse aletleri mekanik olarak örn. fırçalarla temizleyin. Endoskop kanallarını mekanik olarak temizleyin. Temas süresi geçtikten sonra aletleri uygun suyla iyice durulayın ve işleme devam edin.



Manuel dezenfeksiyon & yeniden kullanıma hazırlama

PERFEKTAN® ENZYME

Cerrahi Aletlerin ve Endoskopların Yeniden Kullanıma Hazırlanması için Multi-Enzimatik Temizleyici Dezenfektan

Daldırma banyosunda dezenfeksiyon

İşlem: Aletleri temizleyin ve çalışma solüsyonuna yerleştirin. Tüm yüzeyler ve boşluklar, çalışma solüsyonu ile tamamen ıslatılmalıdır. Temas süresi geçtikten sonra aletleri uygun su ile iyice durulayın, kurutun ve işleme devam edin.

PERFEKTAN ENZYME, ultrasonik banyoda kullanıma uygundur. Kullanılmış **PERFEKTAN ENZYME** çalışma solüsyonu, gözle görünür bir kirlilik olması durumunda solüsyonu hemen değiştiriniz, ancak en azından her iş günü bir kez değiştirilmesi tavsiye edilir.

AB Tıbbi Cihaz Yönetmeliği uyarınca kullanıcılar/hastalar, ürün ile ilgili olarak meydana gelen herhangi bir ciddi olayı üreticiye ve kullanıcının/hastanın yerleşik olduğu AB Üye Devletinin yetkili makamına bildirmekle yükümlüdür.

Uygulama Notları

Ultrasonik banyoda temizlik için: Üreticinin talimatlarına göre ultrasonik temas süresini veya 40 °C sıcaklıklarını aşmayın. Yarı kritik ve kritik tıbbi cihazların son dezenfeksiyonu için uygun değildir.

İçerik

100 g solüsyon şunları içerir: 0,5 g N,N-Didecyl-N,N-dimethylammonium carbonate (3:2); 17,5 g didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl)ammoniumpropionate (EC) No 648/2004 (Deterjan Yönetmeliği): %5 - 15 Noniyonik yüzey aktif maddeler, 1,2-Benzisothiazol-3 (2H)-one, Enzimler Proteaz, amilaz, lipaz, Selülaz; Parfümler Limonene, Linalool, Geraniol

Materyal Uyumluluğu

PERFEKTAN ENZYME ürününün aşağıdaki malzemeler için kullanılması önerilmez: Alüminyum, bakır ve piring. Bazı plastiklerin (PS, PMMA, PSU, ABS, PET, PC) bileşimine bağlı olarak **PERFEKTAN ENZYME** ile uyumluluğu sınırlandırılmıştır.

Tehlike

(R)-p-menta-1,8-dien içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir. Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki. Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. YUTULDUĞUNDA: Ağızınızı çalkalayın. İstifra etmeye **ÇALIŞMAYIN**. DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın. GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın. Çevreye verilmesinden kaçının. İçeriği/kabı ulusal ve uluslararası yönetmeliklere göre bertaraf edin.

Sadece ulusal direktiflere göre ilgili uzmanlık bilgisine sahip personel tarafından profesyonel kullanım içindir.

Kullanmadan önce etiketi okuyunuz.

Ruhsat

- 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'ne uygundur.

Üretici Firma


Dr.Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3, 34323 Malsfeld/Almanya
Tel: +49 5664 9496-0 Faks: +49 5664 8444
www.schumacher-online.com

İthalatçı Firma

Dr. Schumacher Kimya San.ve Tic. A.Ş.
İbni Melek Organize Sanayi Bölgesi
5. Yol No:42 Tire-İzmir/Türkiye
Tel:+90 232 513 50 05 Faks:+90 232 853 94 87
www.schumacher-online.com.tr

Ürün	Ambalaj Şekli	İçerik	Gönderim Birimi	REF
PERFEKTAN ENZYME	Şişe	1 L	12	00-128-010E
	Bidon	5 L	3	00-128-050E

Ürünlerin ve bidon boyutlarının mevcudiyeti, ulusal yönetmeliklere göre değişiklik gösterebilir.



Dr. Schumacher

Dr. Schumacher Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İbni Melek Organize Sanayi Bölgesi 5. Yol No:42 Tire-İzmir/Türkiye Tel: +90 232 513 50 05 Faks: +90 232 853 94 87
info.tr@schumacher-online.com www.schumacher-online.com.tr

