

Manuel Dezenfeksiyon & Yeniden Kullanıma Hazırlama

PERFEKTAN® EXTRA

Aletler İçin Ön-dezenfeksiyon Temizleme Solüsyonu

- Aldehit içermez, kusursuz temizleme sağlar
- Yüksek malzeme uyumluluğu gösterir
- Tek adımda antibakteriyel ve antiviral temizlik sunar



Ürün Tanımı

PERFEKTAN® EXTRA, çok iyi temizleme gücüne ve yüksek malzeme uyumluluğuna sahip, güçlü bir alet temizleyicidir.

PERFEKTAN® EXTRA, son derece etkili korozyon inhibitörleri ihtiva eden ve aldehit, fenol içermeyen bir üründür. Gösterdiği çok iyi temizleme gücü sayesinde aletlerin antibakteriyel ve virüs inaktive edici temizleme işlemlerini bir arada yürütüp, tek adımda gerçekleştirilmesine izin verir. Aldehitsiz formülasyonu protein sabitlenmesini önler.

Kullanım Alanları

Aletlerin dezenfeksiyonu ve sabitlenmeden temizliği için idealdir.

*larengeal maskelerin yeniden kullanıma hazırlanma işlemleri için uygun değildir.

Kullanımı

Daldırma banyolarında dezenfektan etkili temizleme:

Gereken durumlarda aletleri temizleyin ve ardından çalışma çözeltisinin içine yerleştirin. Gerekli olduğunda, mekanik temizleme uygulayın. Temas süresi tamamlandıktan sonra aletleri su ile iyice durulayın ve işlemeye devam edin. Ultrasonik banyolarda kullanıma uygundur. Çalışma solüsyonunun günlük olarak değiştirilmesi önerilir. Çalışma solüsyonu kapalı haldeki dezenfeksi-

Etkinlik Spektrumu ve Temas Süresi			5 dk.	15 dk.	30 dk.	60 dk.
Bakteri ve yeast						
Bakterisid	EN 13727		% 0.25			
	EN 1276		% 0.25			
Yeastisid (Candida albicans)	EN 13624		% 0.5			
	EN 1650		% 0.25			
Zafı virüsler						
Zarflı virüs	EN 14476	HBV/HIV/HCV dahil	% 1			
Ek test sonuçları						
Tüberkülozid (M. terrae)	EN 14348					% 5

yon kuvvetinde muhafaza edilmek şartı ile 14 gün kullanılabilir. Her kullanımdan önce solüsyonun etkinliği MEC stripleri ile kontrol edilmelidir. Geçmeme durumunda ya da gözle görünür bir kirlilik olması durumunda solüsyonu hemen değiştiriniz.

Kullanım Notları

Ultrasonik banyolarda kullanıma uygundur. Her iş gününde en az bir kez olmak üzere ve ayrıca herhangi bir kontaminasyonla karşılaşıldığında çalışma çözeltisi yenilenmelidir.

Ultrasonik banyoda uygulama:

PERFEKTAN® EXTRA, paslanmaz çelikten imal edilmiş tüm ultrasonik banyolarda temizlik performansının artırılması amacıyla kullanılabilir. Temizleme işlemi için, yeni hazırlanmış PERFEKTAN® EXTRA çalışma çözeltisi kullanılmadan önce gazı gide-rilmelidir. Çalışma çözeltisinde 50°C'den yüksek sıcaklıkların oluşmasından kaçınılmalı; çünkü böyle bir durum kireçlenme görülmesine neden olabilir. Ön görülen etki süresi tamamlandıktan sonra medikal aletleri demineralize su ile iyice durulayın.



Manuel Dezenfeksiyon & Yeniden Kullanıma Hazırlama

PERFEKTAN® EXTRA

Aletler İçin Ön-dezenfeksiyon Temizleme Solüsyonu

Kullanılan **PERFEKTAN® EXTRA** çalışma çözeltisi her iş günü başına en az bir kez ve ayrıca herhangi bir kontaminasyonun görülmesi durumunda değiştirilmelidir. **PERFEKTAN® EXTRA**'yı ilk kez kullanmadan önce, kimyasal kalıntıların giderilmesini sağlamak için, tüm aletleri ve banyoları iyice temizleyin. Alet banyoları her iş günü en az bir kere, tercihen alkol emdirilmiş bir mendil, örn. **DESCOCEPT PUR WIPES RTU** kullanarak temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.

PERFEKTAN® EXTRA ile çalışırken uygun kişisel koruyucu donanım (KKD) giyilmelidir.

İçerik

100g çözelti şunları içerir:

5.63 g didecyloxethylmethylammonium propionate.

<5 % cationic surfactants, 5 - 15 % non-ionic surfactants.

Bilirkişi Raporları

Etkinlik raporları üretici teknik dosyalarında mevcuttur.

Tehlike

N,N-didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl) ammoniumpropionate, Alcohol ethoxylate C9-C11, Guanidine, N,N''-1,3-propanediylbis-, N-coco alkyl derivs., diacetates, Tridesilamin. Cilt tahrişine yol açar. Ciddi göz hasarına yol açar. Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki. Çevreye verilmesinden kaçının. Koruyucu kıyafet, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanın. YUTULDUĞUNDA: Ağzınızı çalkalayın. İstifra etmeye ÇALIŞMAYIN. CİLT (veya saç) ÜZERİNDE İSE: Bütün kirlenmiş giysileri hemen çıkarın. Cildi su ile durulayın [veya duş alın]. GÖZLERDE İSE: Birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın. Kontakt lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin. Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE:

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru arayın. İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere göre bertaraf edin. Sadece profesyonel kullanım içindir.

Ruhsat

- 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine uygundur.

Üretici Firma

Dr. Schumacher Kimya San.ve Tic. A.Ş.
İbni Melek Organize Sanayi Bölgesi
5. Yol No:42 Tire-İzmir/Türkiye
Tel:+90 232 513 50 05 Faks:+90 232 853 94 87
www.schumacher-online.com.tr

Ürün	Ambalaj Şekli	İçerik	Gönderim Birimi	REF
PERFEKTAN EXTRA	Şişe	250 ml	20	00-TR144-0025
	Şişe	2 L	6	00-TR144-020
	Bidon	5 L	3	00-TR144-050

Ürün ve ambalaj şeklinin temin edilebilmesi için, söz konusu ülkede ürünün kaydı yapılmış olması gerekmektedir.



CE 0482

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



Dr. Schumacher

Dr. Schumacher Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İbni Melek Organize Sanayi Bölgesi 5. Yol No:42 Tire-İzmir/Türkiye Tel: +90 232 513 50 05 Faks: +90 232 853 94 87
info.tr@schumacher-online.com www.schumacher-online.com.tr

