

Manuel Dezenfeksiyon ve Yeniden Kullanıma Hazırlama

PERFEKTAN® NEU

Tıbbi Aletler için Aldehit İçermeyen Konsantre Alet Dezenfektanı

- Tüberkülosidal etkinlik
- Mükemmel temizleme gücü
- Tıbbi aletlerin ultrasonik banyoda temizlenmesi için ideal



Ürün Özellikleri

PERFEKTAN NEU alkilamin bazlı güçlü temizleme özelliklerine sahip sıvı bir konsantre alet dezenfektanıdır.

Yüksek malzeme uyumluluğunun yanı sıra kullanıcı dostu üründür. Aldehit ve fenol içermez. Formülasyonunda aldehit bulunmaması nedeniyle protein sabitlenmesine neden olmaz.

PERFEKTAN NEU çalışma güvenliği açısından; dezenfekte edici özellikleriyle insan sağlığı ile ilgili belirlemelere uygundur. PERFEKTAN NEU, endoskopların temizliği ve ultrasonik banyolarda kullanım için idealdir.

Kullanım Alanları

Her tür aletin *, endoskopların ve dental aletlerin protein sabitlenmesi olmadan dezenfeksiyonu ve temizliği için idealdir. Tıbbi aletlerin dezenfeksiyonu içindir. Ultrasonik banyolarda kullanım için uygundur.

* Larinks maskelerinin yeniden kullanıma hazırlanması için uygun değildir.

Kullanımı

Daldırma banyosunda dezenfeksiyon ve temizleme işlemi:

Aletleri gerek görülen ön temizlik işlemlerinden sonra çalışma solüsyonuna yerleştirin. Gerekli görürseniz mekanik te-

Etki Spektrumu ve Temas Süreleri				5 dk	15 dk	30 dk	60 dk
Bakteri ve yeast							
Alet dezenfeksiyonu için uygulama önerisi: Bakterisidal, yeastisidal*	VAH / EN	Kirli koşul			%3	%2	%1
Alet dezenfeksiyonu için uygulama önerisi: tüberkülosidal*	VAH / EN	Kirli koşul					%2
Zarflı virüs							
Zarflı virüsler	RKI/DVV	HBV/HIV/HCV dahil			%3	%2	%1
	EN 14476	Kirli koşul		%3		%2	%1
Ek test sonuçları							
Bakterisidal	EN 13727	Kirli koşul			%1		
	EN 14561	Kirli koşul		%2		%1	
Yeastisidal (C. albicans)	EN 13624	Kirli koşul		%2	%1		
	EN 14562	Kirli koşul			%2	%1	
Tüberkülosidal (M. terrae)	EN 14348	Kirli koşul					%2
	EN 14563	Kirli koşul					%2
Mikobakterisidal (M. terrae and M. avium)	EN 14563	Kirli koşul					%2
Ultrasonik banyo							
Ultrasonik banyolarda dezenfeksiyon temizliği için uygulama önerisi: Bakterisidal, yeastisidal	DGHM/VAH	Kirli koşul		%1			

* faz 2 adım 1 ve faz 2 adım 2 testleri dahil (kantitatif süspansiyon testleri ve kantitatif carrier testleri)



Manuel Dezenfeksiyon ve Yeniden Kullanıma Hazırlama

PERFEKTAN® NEU

Tıbbi Aletler için Aldehit İçermeyen Konsantre Alet Dezenfektanı

mizlik yapınız. Temas süresi dolduktan sonra aletleri su ile iyice durulayın ve kullanıma hazırlama işlemlerine devam edin. Ultrasonik banyolarda kullanıma uygundur. Gözle görünür bir kirlilik olması durumunda solüsyonu hemen değiştiriniz, ancak en azından her iş günü bir kez değiştirilmesi tavsiye edilir.

Daldırma banyosunda dezenfeksiyon işlemi:

Aletleri temizleyin ve çalışma solüsyonuna yerleştirin. Tüm yüzeyler ve boşluklar çalışma solüsyonu ile temas etmelidir. Etki süresi geçtikten sonra aletleri uygun suyla iyice durulayın, kurutun ve gereken durumlarda kullanıma hazırlama işlemlerine devam ediniz. Çalışma solüsyonunu her iş gününde bir kez değiştirin.

Uygulama Notları

Ultrasonik banyo prosedürü:

PERFEKTAN NEU, paslanmaz çelikten yapılmış tüm ultrasonik banyolarda temizleme performansını artırmak için kullanılabilir. Temizlik için kullanılan yeni hazırlanmış **PERFEKTAN NEU** çalışma solüsyonu ilk kullanımdan önce ultrasonik banyonun kapağını açıp kabarcıkların kaybolmasına izin vererek gazdan arındırılmalıdır. Çalışma solüsyonunda 40°C'den yüksek sıcaklıklardan kaçının, çünkü bunlar kireçlenmeye neden olabilir. Temas süresi geçtikten sonra tıbbi cihazları deiyonize su ile iyice durulayın.

Endoskoplar:

Endoskobu kullanımdan hemen sonra hav bırakmayan bir bezle önceden temizleyin. Ardından endoskobu **PERFEKTAN NEU** çalışma solüsyonuna tamamen daldırın ve cihazı geçerli işlem talimatlarını kullanarak temizleyin. Temizledikten sonra endoskobu suyla iyice durulayın ve ardından aleti kullanıma hazırlamaya devam edin. Endos-

kop üreticisinin talimatları izlenmelidir. Görünür bir kirlilik varsa çalışma solüsyonunu değiştirin, ancak en azından her iş günü bir kez değiştirilmesi tavsiye edilir.

Yarı kritik A veya daha yüksek risk sınıfına sahip tıbbi cihazların nihai dezenfeksiyonu için, örneğin bir virüsidal dezenfektan kullanarak işlem yapın; **PERFEKTAN ACTIVE** veya **DESCOTON EXTRA**.

PERFEKTAN NEU ile çalışırken uygun kişisel koruyucu ekipman (KKD) giyilmelidir.

PERFEKTAN NEU'yu ilk kez kullanmadan önce, kimyasal kalıntıları temizlemek için tüm aletleri ve banyoları iyice temizleyin. Alet banyoları, her gün en az bir kez, tercihen alkollü tek kullanımlık bir mendil ile temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir, örn. **DESCOCEPT PUR WIPES RTU**.

Bileşimi

100 g solüsyon:
3.6 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamine içerir.
İçerik: %15 - 30 nonionic surfactants, parfüme, limonene, citronellol.

Materyal Uyumluluk

PERFEKTAN NEU'nun aşağıda belirtilen malzemeler için kullanılması önerilmez: alüminyum.

PERFEKTAN NEU'nun sadece aşağıdaki malzemeler için belirli koşullar altında kullanılmasını öneriyoruz: bakır, polikarbonat/akrilonitril-butadien-stiren (PC/ABS), etilen-propilen-dienemonomer (EPDM) ve neopren (CR).

PERFEKTAN NEU aşağıdaki üreticiler tarafından endoskoplarla kullanım için onaylanmıştır:

- Olympus-Winter & Ibe
- Richard Wolf GmbH

Bilirkişi Raporları

Etkinlik raporları üretici teknik dosyalarında mevcuttur.

TEHLİKE

Alcohol ethoxylate C9-C11, 2-(2-Butoxyethoxy) ethanol, Alcohol ethoxylate C12-C15, Tridecylamine, Maleic acid
Yutulması halinde zararlıdır. Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki. Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONU-NU veya doktoru/hekimi arayın. DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın. GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. Çevreye verilmesinden kaçının. İçeriği/kabı yetkili imha yeri veya belediyenin toplama yeri bertaraf edin.

Sadece profesyonel kullanım içindir.

Ruhsat

- 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'ne uygundur.

Üretici Firma

Dr. Schumacher Kimya San.ve Tic.A.Ş.
İbni Melek Organize Sanayi Bölgesi
5. Yol No:42 Tire-İzmir/Türkiye
Tel: +90 232 513 50 05 Faks: +90 232 853 94 87
www.schumacher-online.com.tr



CE 0482

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Konsantre ürün pH değeri:

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

%1'lik konsantrasyondaki pH değeri:

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

%3'lük konsantrasyondaki pH değeri:

Ürün	Ambalaj Şekli	İçerik	Gönderim Birimi	REF
PERFEKTAN NEU	Şişe	1 L	10	00-TR136-010
	Bidon	5 L	3	00-TR136-050



Dr. Schumacher

Dr. Schumacher Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İbni Melek Organize Sanayi Bölgesi 5. Yol No:42 Tire-İzmir/Türkiye Tel: +90 232 513 50 05 Faks: +90 232 853 94 87
info.tr@schumacher-online.com www.schumacher-online.com.tr

