

Manuel Dezenfeksiyon ve Yeniden Kullanıma Hazırlama

PERFEKTAN® ACTIVE

Alet dezenfeksiyonu için konsantre toz

- Mükemmel materyal uyumluluğu
- Güçlü temizleme performansı
- Tamamen çözünbilme özelliği



Ürün Özellikleri

PERFEKTAN® ACTIVE her tipteki medikal cihaz için oldukça etkili konsantre toz dezenfektandır. Bu ürün güvenli bir uygulama için suda hızlı ve kolay çözünen düşük tozlanma özelliğine sahip bir üründür. PERFEKTAN® ACTIVE'in aktif maddesi hafif alkali çözeltisi içinde üretilen perasetik asite dayanır. Bu ürün mükemmel antimikrobiyal özellikleri ve üstün malzeme uyumluluğunu bir araya getirir. PERFEKTAN® ACTIVE'in kullanımı protein fiksasyonunu önler ve zor koşullarda bile güvenilir dezenfeksiyon sağlar. PERFEKTAN® ACTIVE, zorlu temizlik koşullarının üstesinden gelir.

Kullanım Alanları

Endoskopların thermo-kimyasal arıtmadan önceki ön temizliği içindir. Rijit ve flexible endoskopların yanı sıra her türlü tıbbi cihazın (cerrahi aletler, anestezi ekipmanı) manuel dezenfeksiyonu için uygundur.

Kullanım Şekli

Fiksasyon olmadan daldırma banyosu ile dezenfeksiyonu için kullanılır. 30°C den daha düşük sıcaklıkta su kullanarak dozaj tablosundaki verilere göre, kaşıkla ölçüm yapılarak solüsyon hazırlanır.

PERFEKTAN® ACTIVE' in daldırma yöntemi ile dezenfeksiyon için ve ultrasonik ban-

Etkinlik Spektrumu ve Temas Süresi			1 dk	5 dk	15 dk	30 dk	60 dk
Bakteri ve yeast							
Alet dezenfeksiyonu için uygulama önerisi: Bakterisidal, yeastsidal*	VAH / EN	Kirli koşul		%1			
Alet dezenfeksiyonu için uygulama önerisi: Tüberkülosidal*	VAH / EN	Kirli koşul				%2	%1
Alet dezenfeksiyonu için uygulama önerisi: Fungusidal Aspergillus brasiliensis*	VAH / EN	Kirli koşul				%3	%2
Sporisidal (Clostridium difficile)	EN 13704				%2	%1	%0.5
Virüs							
Virüsidal	RKI/DVV					%2	%1
	EN 14476	Temiz ve kirli koşul				%2	
Zarflı virüs	RKI/DVV	HBV/HIV/HCV dahil		%1	%0.25		
Poliovirus	EN 14476	Temiz koşul				%1.5	
		Kirli koşul				%2	
Norovirus (MNV)	EN 14476	Temiz koşul		%0.5			
Adenovirus	EN 14476	Temiz ve kirli koşul				%0.5	
Rotavirus	EN 14476	Temiz koşul		%0.5			

* faz 2 adım 1 ve faz 2 adım 2 testleri dahil (kantitatif süspansiyon testleri ve kantitatif carrier testleri)

yolarda kullanımı uygundur. Üreticinin tavsiyesine göre temas süreleri seçin ve 30°C sıcaklığı aşmayın. Tüm sertlikteki sular için uygundur.

Uygulama Özellikleri

Tüm medikal aletlerin virüsidal dezenfeksiyonu:

Manuel olarak su ile iyice temizledikten sonra aletleri durulayın. Aletleri tüm yüzey



Dr. Schumacher

Dr. Schumacher Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İbni Melek Organize Sanayi Bölgesi 5. Yol No:42 Tire-İzmir/Türkiye Tel: +90 232 513 50 05 Faks: +90 232 853 94 87
info.tr@schumacher-online.com www.schumacher-online.com.tr

Manuel Dezenfeksiyon ve Yeniden Kullanıma Hazırlama

PERFEKTAN® ACTIVE

Alet dezenfeksiyonu için konsantre toz

Ek test sonuçları		1 dk	5 dk	15 dk	30 dk	60 dk
Bakterisidal	EN 1040	%0.5				
	EN 13727 Kirli koşul	%1				
	EN 14561 Kirli koşul	%0.5				
Yeastisidal (Candida albicans)	EN 1275	%0.5				
	EN 13624 Kirli koşul	%1				
	EN 14562 Kirli koşul	%0.5				
Fungisidal (Aspergillus brasiliensis)	EN 1275			%1.5		
	EN 13624 Kirli koşul			%2	%1.5	%1
	EN 14562 Kirli koşul				%1.5	%1
Tüberkülosidal (M. terrae)	EN 14348 Kirli koşul			%2		%1
	EN 14563 Kirli koşul				%1.5	%1

ve boşlukları **PERFEKTAN® ACTIVE** çalışma solüsyonu ile ıslanacak şekilde yerleştirin. Tavsiye edilen temas süresinden sonra aletleri uzaklaştırın ve suyla iyice durulayın, aletleri kurutun ve gerekiyorsa sterilize edin. Üreticinin yeniden işleme talimatları ve önerileri takip edilmelidir. Çalışma çözeltisinin günlük olarak 8 saatte bir değiştirilmesi gerekir. Her kullanımdan önce solüsyonun etkinliği test stripleri ile kontrol edilmelidir. Geçmeme durumunda ya da gözle görünür bir kirlilik olması durumunda solüsyonu hemen değiştiriniz.

Endoskopların Temizliği ve Dezenfeksiyonu:

Aletleri kullanımdan sonra doğrudan çözeltiliye daldırın ve cihazın tipine ve üreticinin önerilerine göre cihazı mekanik olarak temizleyin. Hava kabarcıklarının oluşmasını önleyerek tüm yüzeylerin ve boşlukların tamamen ıslandığından emin olun. Manuel yeniden işleme için temas süresi, çözelti konsantrasyonu ve üretici tavsiyelerinin DIN EN ISO 17664'e uygun olduğundan emin olun. Cihazları kullanım sonrası deiyonize su ile durulayın.

Çalışma çözeltisinin günlük olarak 8 saatte bir değiştirilmesi gerekir. Her kullanımdan önce solüsyonun etkinliği test stripleri ile

kontrol edilmelidir. Geçmeme durumunda ya da gözle görünür bir kirlilik olması durumunda solüsyonu hemen değiştiriniz.

Kullanım Notları

PERFEKTAN® ACTIVE, daldırma banyosu ile dezenfeksiyon ve ultrasonik banyolarda kullanım için uygundur. Temas sürelerini üreticinin önerisine göre seçin ve 30°C sıcaklıkları aşmayın. Tüm su sertliklerinde kullanıma uygundur.

Dozajlama

Solüsyon	Uygulama	%1	%2
4 litre	Ölçü kaşığı (20 g)	x 2	x 4
	Saşe (40 g)	x 1	x 2
8 litre	Ölçü kaşığı (20 g)	x 4	x 8
	Saşe (40 g)	x 2	x 4

İçerik

Aktif bileşenler: Peracetic acid (in-situ) > 850 ppm (1% solution); tetraacetylenediamine and sodium percarbonate.

Üretici Onayları

PERFEKTAN® ACTIVE mükemmel malzeme uyumluluğu gösterir; cam, metal, plastik ve endoskop malzemeleri ile uyumludur.

Anotlanmış alüminyum ve polikarbonat için uygun değildir.

Bilirkişi Raporları

Etkinlik raporları üretici teknik dosyalarında mevcuttur.

Tehlike

Yangını güçlendirebilir; oksitleyici. Ciddi göz hasarına yol açar. Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sıgara içilmez. Yanıcılarla karışmasını önleyici her türlü önlemi alın. Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın. GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın. İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere göre bertaraf edin.

Sadece profesyonel kullanım içindir.

Ruhsat

- 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'ne uygundur.

Üretici Firma

Dr.Schumacher GmbH

Am Roggenfeld 3 34323 Malsfeld-Almánya
Tel: +49 5664 9496-0 Faks: +49 5664 8444
www.schumacher-online.com

İthalatçı Firma

Dr.Schumacher Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İbni Melek Organize Sanayi Bölgesi
5.Yol No:42 Tire/İZMİR
Telefon: 0 232 513 50 05 Faks: 0232 853 94 87
www.schumacher-online.com.tr

Ürün	Ambalaj Şekli	İçerik	Gönderim Birimi	REF
PERFEKTAN ACTIVE	Saşe	40 g	100	00-155-0004
	Kova	1 kg	6	00-155-010



CE 0482

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



Dr. Schumacher

Dr. Schumacher Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İbni Melek Organize Sanayi Bölgesi 5. Yol No:42 Tire-İzmir/Türkiye Tel: +90 232 513 50 05 Faks: +90 232 853 94 87
info.tr@schumacher-online.com www.schumacher-online.com.tr

