

Manuel Alet Temizliği

PLURAZYME® EXTRA

Cerrahi Aletlerin ve Endoskopların Yeniden Kullanıma Hazırlanması İçin Üçlü-Enzimatik Temizleyici

- Güçlü temizlik gücü
- Ekonomik kullanım için konsantre
- Mükemmel malzeme uyumluluğu



Ürün Özellikleri

PLURAZYME EXTRA mükemmel bir malzeme uyumluluğu sunar ve bu nedenle cerrahi aletlerin ve esnek endoskopların manuel olarak yeniden kullanıma hazırlanması için ideal bir temizleme konsantresidir. Kullanımı ekonomiktir ve ultrasonik banyolarda kullanılması tavsiye edilir.

PLURAZYME EXTRA, yüksek düzey non-iyonik yüzey aktif maddeler ve stabilize üçlü enzim kompleksinin kombinasyonu sayesinde mükemmel bir temizleme performansı sağlar. Üçlü enzimatik formül, ulaşılması zor bölgelerdeki proteinler, pıhtılaşmış kan, mukus, kusmuk, yağ ve dışkı maddesi gibi her türlü organik kirlenmeyi önler, nüfuz eder ve etkili bir şekilde ortadan kaldırır.

Kullanım Alanları

PLURAZYME EXTRA özellikle protein sabitlemesi olmaksızın manuel temizlik için uygundur:

- her türlü tıbbi cihaz
- sert ve esnek endoskoplar
- endoskopik aksesuarlar
- ultrasonik banyolarda kullanım için idealdir.

Kullanım Şekli

Daldırma banyosunda temizleme prosedürü: Aletleri, gerekli olabilecek her-

hangi bir ön temizlemeden sonra, çalışma solüsyonuna yerleştirin ve gerektiğinde mekanik olarak temizleyin. Temas süresi geçtikten sonra aletleri iyice suyla durulayın ve kullanıma hazırlama prosedürlerine devam edin. Ultrasonik banyolarda kullanım için uygundur. Görünür bir kirlilik varsa çalışma çözeltisini değiştirin, ancak en azından her iş günü bir kez değiştirilmesi tavsiye edilir.

Kullanım Notları

1 litre ılık su başına 4 ml konsantre kullanarak %0,4 PLURAZYME EXTRA'nın çalışma solüsyonunu hazırlayın. Ilık su kullanılması (sıcaklık = 30 - 40°C) önerilir.

Dozajlama

Konsantrasyon	Sıcaklık	Temas Süresi
% 0.25 (2.5 ml/L) Ultrasonik banyolar için tavsiye edilen	30 - 40 °C	minimum 5 dk
% 0.4 (4 ml/L)	30 - 40 °C	minimum 5 dk

İçerik

%5-15 iyonik olmayan yüzey aktif maddeler; koruyucular:2-methyl-2H-isothiazol-3-one, 1,2benzyl isothiazol-3(2H)-one; enzymes: Protease, amylase, lipase

Materyal Uyumluluk

PLURAZYME EXTRA mükemmel bir malzeme uyumluluğu sunar ve aşağıdaki malzemeler için uygun olduğu test edilmiştir.

Önerilen kullanımlar:

Metaller

- Paslanmaz çelik (V2A, V4A)
- Bakır
- Alüminyum

Plastikler

- Polimetilmetakrilat (PMMA)
- Polioksimetilen (POM)
- Akrilonitril-butadien-stiren (ABS)
- Polikarbonat (PC)
- Poliüretan (PU)
- Polietilen (PE)
- Poliamid (PA6, PA12)
- Polistiren (PS)
- Polyester (PES)

Elastomerler

- Nitril Bütadien Kauçuk (NBR)
- Neopren, Polikloropren
- Silikon
- Lateks

Önerilmeyen kullanımlar:

- Pirinç Levha
- Etilen Propilen Dien Monomer Ruberi (EPDM)



Dr. Schumacher

Dr. Schumacher Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İbni Melek Organize Sanayi Bölgesi 5. Yol No:42 Tire-İzmir/Türkiye Tel: +90 232 513 50 05 Faks: +90 232 853 94 87
info.tr@schumacher-online.com www.schumacher-online.com.tr



Manuel Alet Temizliđi

PLURAZYME® EXTRA

Cerrahi Aletlerin ve Endoskopların Yeniden Kullanıma Hazırlanması İin Ülü-Enzimetik Temizleyici

Bilirkiři Raporları

Bilirkiři raporları üretici teknik dosyalarında mevcuttur.

Tehlike

Alcohols,C9-11-branched, ethoxylated.
(R)-p-Mentha-1,8-diene, subtilisin içerir.
Alerjik reaksiyona yol açabilir. Ciddi göz hasarına yol açar. Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki. Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. Hemen ULUSAL ZEHİR DANIřMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın. İeriđi/kabı ulusal ve uluslararası yönetmeliklere göre bertaraf edin.

Sadece profesyonel kullanım içindir.

Ruhsat

- 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Yönetmeliđi'ne uygundur.

Üretici Firma

Dr.Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3 34323 Malsfeld-Almanya
Tel: +49 5664 9496-0 Faks: +49 5664 8444
www.schumacher-online.com

İthalatı Firma

Dr.Schumacher Kimya Sanayi ve Ticaret A.ř.
İbni Melek Organize Sanayi Bölgesi
5.Yol No:42 Tire/ İZMİR
Telefon: 0 232 513 50 05 Faks: 0232 853 94 87
www.schumacher-online.com.tr

Ürün	Ambalaj řekli	İerik	Gönderim Birimi	REF
PLURAZYME EXTRA	Dispenser řiře	1 L	12	00-138-010EXP
	řiře	2 L	6	00-138-020
	Bidon	5 L	3	00-138-050EXP



Dr. Schumacher

Dr. Schumacher Kimya Sanayi ve Ticaret A.ř.

İbni Melek Organize Sanayi Bölgesi 5. Yol No:42 Tire-İzmir/Türkiye Tel: +90 232 513 50 05 Faks: +90 232 853 94 87
info.tr@schumacher-online.com www.schumacher-online.com.tr

