




## Otomatik Yeniden Kullanıma Hazırlama

# THERMOSHIELD® NR

Endoskopların kemotermal olarak yeniden kullanıma hazırlanması için temizleyici

- Yüksek derecede malzeme uyumluluğu
- Sertifikalı temizlik performansı
- Özellikle esnek endoskoplar için ideal



### Ürün Özellikleri

**THERMOSHIELD NR**, tıbbi aletlerin ve tıbbi ürünlerin özel yıkama makinelerinde yeniden kullanıma hazırlama işlemlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş olan, nötr pH değerine sahip bir temizleyicidir. Enzimsiz formülasyona sahip olması sayesinde **THERMOSHIELD NR**, kemotermik dezenfeksiyon ve temizleme için uygundur ve böylece BGA ve RKI programlarına sahip, her türlü yıkama makinelerinde A ve B aktivite alanları için kullanılabilir.

**THERMOSHIELD NR**, hastane ve muayenehanelerde uzun ve kapsamlı bir şekilde test edilmiştir. **THERMOSHIELD NR**, sağladığı üstün temizleme sonuçları neticesinde tüm otomatik temizleme makinelerinde kullanım için tavsiye edilmektedir.

**THERMOSHIELD NR**'nin büyük avantajlarından biri, nötr pH değeridir. Nötr pH değeri dikkatli ve nazik temizlik sağlar. Ayrıca tüm alkali temizleyicilerin aksine, nötralizasyon için ek durulama gerekli değildir. Ürünün nötrleştirici kullanımına gerek bırakmaması, az konsantrasyonda kullanımının yeterli olması ve biyolojik olarak kolay parçalanabilir olması (OECD-kılavuz 301D'ye göre) ile

ekolojik olarak da öne çıkmaktadır. Nötr pH değeri ve az köpürme özelliği sayesinde **THERMOSHIELD NR**, esnek endoskopların 55 - 60 °C arası sıcaklıkta otomatik olarak yeniden işlenmesi için kullanılan **THERMOSHIELD DESINFİKTANT** için ideal bir ön temizleyicidir.

### Kullanım Alanları

**THERMOSHIELD NR**, yüksek hassasiyete sahip MIC aletleri de dahil olmak üzere, her türlü cerrahi aletin, rijit ve esnek endoskopların ve anestezi malzemelerinin ve de alüminyum, plastik, lastik veya silikon gibi hassas malzemelerin temizlenmesinde kullanılır. Ayrıca, termostabil aletlerin termal yeniden kullanıma hazırlama uygulamalarında temizleyici olarak da kullanılabilir. Her türlü otomatik yıkama makine modellerinde RKI (BGA) ve Vario programı ile kullanılabilir.

### Kullanımı

Aletleri, tavsiye edilen şekilde (örn. Hijyen Planı) makinenin içine yerleştiriniz. Makine ile temizleme sırasında temizlenecek tüm yüzeyler ve boşlukların, çalışma solüsyonu ile tamamen ıslanmış olmasına dikkat edilmelidir.

Tam bir temizlik sağlamak için makineyi aşırı yüklemeyin.

1. **THERMOSHIELD NR** ile temizleme döngüsü
2. **THERMOSHIELD DESINFİKTANT** ile dezenfeksiyon döngüsü

### Dozajlama

- Kirillik derecesine bağlı olarak: 3 – 7 ml/L.
- Endoskopların yeniden kullanıma hazırlanmasında: 4 – 6 ml/L.

Lütfen makine üreticisinin uygulamaya ilişkin bilgilerini dikkate alınız.

### Uygulama Notları

35°C'nin altında ürün eklemesi yapmayın.

### İçerik

100 g çözelti şunları içerir:  
%5-15 non-ionic surfactants, corrosion inhibitors.

### Bilirkişi Raporları

Etkinlik raporları üretici teknik dosyalarında mevcuttur.



## Otomatik Yeniden Kullanıma Hazırlama



# THERMOSHIELD® NR

Endoskopların kemotermal olarak yeniden kullanıma hazırlanması için temizleyici

### Dikkat

Ciddi göz tahrişine yol açar. Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki. Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın. Çevreye ve-rilmesinden kaçının. İçeriği/kabı Yetkili imha yeri veya belediyenin toplama yeri bertaraf edin.

Sadece profesyonel kullanım içindir.

### Ruhsat

- 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'ne uygundur.

### Üretici Firma

Dr.Schumacher GmbH  
Am Roggenfeld 3  
34323 Malsfeld/Almanya  
Tel: +49 5664 9496-0 Faks: +49 5664 8444  
www.schumacher-online.com

### İthalatçı Firma

Dr.Schumacher Kimya San.ve Tic.A.Ş.  
İbni Melek Organize Sanayi Bölgesi  
5. Yol No:42 Tire-İzmir/Türkiye  
Tel: +90 232 513 50 05 Faks: +90 232 853 94 87  
www.schumacher-online.com.tr

| Ürün            | Ambalaj Şekli | İçerik | Gönderim Birimi | REF           |
|-----------------|---------------|--------|-----------------|---------------|
| THERMOSHIELD NR | Bidon         | 5 L    | 3               | 00-119-050-02 |



Dr. Schumacher

Dr. Schumacher Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İbni Melek Organize Sanayi Bölgesi 5. Yol No:42 Tire-İzmir/Türkiye Tel: +90 232 513 50 05 Faks: +90 232 853 94 87  
info.tr@schumacher-online.com www.schumacher-online.com.tr

