

Otomatik Yıkama Makinelerinde Yeniden Kullanıma Hazırlama

THERMOSHIELD® XTREME

Otomatik yıkama makinelerinde yeniden kullanıma
hazırlama için hafif alkali enzimatik temizleyici

- Mükemmel temizleme gücü
- Yüzey aktif maddelerin yenilikçi kombinasyonu
- Aletlerde görünür parlaklık ve koruma sağlar

Ürün Özellikleri

THERMOSHIELD XTREME, yıkama makinelerinde tıbbi ve cerrahi aletlerin otomatik olarak yeniden kullanıma hazırlanması için enzimatik, hafif alkali bir temizleyicidir. Yüksek aktif enzim kompleksi ile yüzey aktif maddelerin tamamlayıcı kombinasyonu, optimum temizlik sağlar. Bileşenlerin sinerjik etki mekanizması, protein, kan, doku ve yağ gibi organik kalıntıları etkin bir şekilde ortadan kaldırır. THERMOSHIELD XTREME malzeme dostu bir üründür; anodize alüminyum gibi hassas malzemeler için bile uygundur. Önerilen çalışma konsantrasyonları için pH 10 değerini aşmak gerekir.

Kullanım Alanları

THERMOSHIELD XTREME, dental aletler de dahil olmak üzere tıbbi ve cerrahi aletlerin yıkama makinelerinde yeniden kullanıma hazırlanması için sıvı bir konsantredir. Ürün ayrıca dental aletler de dahil olmak üzere tıbbi ve cerrahi aletlerin ultrasonik banyolarda (örn. 40°C'de %1) manuel ön temizliği için de uygundur.

Kullanım Şekli

Otomatik temizleme: Aletlerin tüm parçalarının temizlendiğinden emin olmak için makineyi aşırı yüklemeyin. Gerekirse, üreticinin talimatlarına göre aletleri demonte edin ve menteşeleri açık olarak yerleştirin.

THERMOSHIELD XTREME temizleme sırasında başka temizlik ürünleriyle karıştırılmamalıdır. Temizlemeden sonraki durulama aşamalarına kadar nötrleştirici veya parlaticı eklemeyin. Temizlik ve dezenfeksiyon ekipmanında ısı işlemi için önerilen uygulama aşağıdaki gibidir:

- Soğuk su ile ön durulama
- Temizleme aşaması:
 - Soğuk su alın; 55 °C'ye ısıtın; 10 dk temizleyin. Temizleyici, THERMOSHIELD XTREME, 45 °C'de eklenir.
 - 40-45°C' sıcaklıktaki suya sahip yıkama makineleri için, dozajın doğrudan su girişine verilmesi tavsiye edilir.
- Ara durulama (gerekirse THERMOSHIELD C, sırasıyla THERMOSHIELD P nötrleştirici olarak kullanılabilir)
- Termik dezenfeksiyon
- Son durulama: Deiyonize su, en azından temizlikten sonraki durulama aşamaları için tavsiye edilir. Bu, yıkanan parçalarda leke oluşmasını engeller ve malzemeler en iyi şekilde korunur. Deiyonize su, alüminyum veya anodize alüminyumun işlenmesi için her zaman tavsiye edilir.

Ultrasonik banyoda manuel ön temizleme: THERMOSHIELD XTREME'i %0,5-1'e dozajlayın ve ultrasonik banyoyu 40°C'ye ayarlayın. Aletleri temizleme solüsyonuna daldırın.



Kullanım Notları

Validasyon göstergesi, sırasıyla THERMOSHIELD XTREME için temizlik performans testi: Temizleme aşaması için basınçlı su gereklidir. 40°C'den daha düşük sıcaklıklarda temizleyici dozajı eklenemez. %20'den fazla bir basınç düşüşü gerçekleşebilir, bu temizleme performansını etkilemez ve ürünün yüzey aktif madde kombinasyonu ile dengelenir. Temizleme performansını kontrol etmek için OPA Yöntemi kullanılıyorsa, ek bir negatif kontrol gereklidir. Temizleyicinin bazı bileşenleri yanlış pozitif sonuçlara yol açabilir. Biuret / BCA-Metodu kullanıldığında hiçbir etkisi yoktur.

Dozajlama

Kirlilik ve uygulamaya bağlı olarak: 3-10 ml/l
- Temas süresi: 55 °C'de 10 dakika

İçerik

%5-15 non-ionic surfactants, enzymes.

Bilirkişi Raporu

Bilirkişi raporları üretici teknik dosyalarında mevcuttur.



Dr. Schumacher

Dr. Schumacher Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İbni Melek Organize Sanayi Bölgesi 5. Yol No:42 Tire-İzmir/Türkiye Tel: +90 232 513 50 05 Faks: +90 232 853 94 87
info.tr@schumacher-online.com www.schumacher-online.com.tr



Otomatik Yıkama Makinelerinde Yeniden Kullanıma Hazırlama

THERMOSHIELD® XTREME

Otomatik yıkama makinelerinde yeniden kullanıma hazırlama için hafif alkali enzimatik temizleyici

Tehlike

2-amino-ethanol.

Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. Solunum yolu tahrişine yol açabilir. Buharlarını solumayın. Koruyucu kıyafet, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanın. YUTULDUĞUNDA: Ağızınızı çalkalayın. İstifra etmeye ÇALIŞMAYIN. DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın. SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

Sadece profesyonel kullanım içindir.

Ruhsat

-93/42/EEC Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine uygundur.

Üretici Firma

Dr.Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3, 34323 Malsfeld/Almanya
Tel: +49 5664 9496-0 Faks: +49 5664 8444
www.schumacher-online.com

İthalatçı Firma

Dr. Schumacher Kimya San.ve Tic. A.Ş.
İbni Melek Organize Sanayi Bölgesi
5. Yol No:42 Tire-İzmir/Türkiye
Tel:+90 232 513 50 05 Faks:+90 232 853 94 87
www.schumacher-online.com.tr

Ürün	Ambalaj Şekli	İçerik	Gönderim Birimi	REF
THERMOSHIELD® XTREME	Bidon	5 L	3	00-170-050EXP
	Bidon	10 L	1	00-170-100EXP

Ürünlerin ve bidon boyutlarının mevcudiyeti, ulusal ruhsatlandırmaya bağlıdır.



Dr. Schumacher

Dr. Schumacher Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İbni Melek Organize Sanayi Bölgesi 5. Yol No:42 Tire-İzmir/Türkiye Tel: +90 232 513 50 05 Faks: +90 232 853 94 87
info.tr@schumacher-online.com www.schumacher-online.com.tr

