

Otomatik Yeniden Kullanıma Hazırlama

THERMOTON® CLEANER

Otomatik Yıkama Makineleri İçin Alkali Sıvı Temizleyici

- RKI tavsiyesine göre prion profilaksisi için pH>10 şartını sağlar
- Düşük köpürme
- Korozyon inhibitörleri içerir

Ürün Özellikleri

THERMOTON CLEANER yıkama ve dezenfeksiyon makinelerinde tıbbi alet, endüstriyel ve laboratuvar cam malzemelerinin temizlenmesi ve dezenfeksiyonu için sıvı, alkalik yapıda ve malzemelere karşı hassas temizleyicidir. Farklı su sertliği derecelerinde dahi tam etkinlik garanti eder. Özel köpük ve korozyon inhibitörleri sayesinde gereksiz köpük oluşumunu önler, makine ve aletlerin korunması sağlanır.

Prion profilaksisi için Robert Koch Enstitüsü rehberine göre medikal cihazlarda protein tutunmasını önlemek için yıkama çözeltisinde pH 10 değerini aşmak gerekir, **THERMOTON CLEANER** bu gerekliliği yerine getirir.

Kullanım Alanı

THERMOTON CLEANER termostabil tıbbi aletlerin ve cihazların 93°C'de kombine temizliği ve kemotermik dezenfeksiyonu için uygundur. Ayrıca anestezi tüpleri, kauçuk ve sentetik malzemeler veya elastomerler gibi ısıya dayanıksız malzemelerin 60°C'de hassas temizliği için kullanılır.

Ayrıca laboratuvar cam malzemelerinin, metal ve plastik laboratuvar malzemelerinin ve endüstriyel parçaların yıkanması ve temizliği için uygundur. Vario TD programları ve Robert

Koch Enstitüsü'ne göre aktivite alanı A ve B'dir.

THERMOTON CLEANER bütün makine tiplerinde kullanılabilir.

"Miele makinelerinde kullanımı onaylanmıştır."

Uygulama

Aletleri eğer mümkünse kullanımından hemen sonra veya manuel işleme tabi tuttukten sonra talimatlara uygun olarak (hijyen planı veya dezenfeksiyon planı gibi) makinenin içine yerleştiriniz. Temizlenecek veya dezenfekte edilecek bütün yüzey ve boşluklar makine temizleyici solüsyon için ulaşılabilir olmalıdır.

Aletlerin tüm parçalarının temizliğinden emin olmak için makineyi aşırı yüklemeyin. Aletleri toplu olarak bitişik koymayın ve menteşeleri açık olarak yerleştirin.

Dental aletlere yapışan dental maddeler makineye konmadan önce temizlenmelidir. Aynı solunum sistemlerindeki kalıntılar için de geçerlidir.

Korozyondan ve renklerin solmasından kaçınmak için en azından son durulamayı deiyonize su ile yapınız.



Mikro cerrahi aletlerini güvenli, hasar vermeden temizlemek için özel raflara yerleştirin.

Dozajlama

Kirlilik yüküne ve su kalitesine bağlı olarak: 3-7 ml
93°C'de etki süresi: 10 dakika

İçerik

Potassium hydroxide, silicate, phosphonate ve corrosion inhibitors içerir.

Uygulama Notları

Alkaliye hassas malzemelerde kullanmayınız!

Bilirkişi Raporları

Bilirkişi raporları üretici teknik dosyalarında mevcuttur.

Tehlike

Disodyum metasilikat; Potasyum hidroksit. Metalleri aşındırabilir. Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. Koruyucu kıyafet, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanın. YUTULDUĞUNDA: Ağzınızı çalkalayın. İstifra etmeye ÇALIŞMAYIN. CİLT (veya saç) ÜZERİNDE İSE: Bütün kirlenmiş giysileri hemen çıkarın. Cildi su ile durulayın [veya duş alın]. GÖZLERDE İSE: Birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın. Kontakt lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin.



Dr. Schumacher

Dr. Schumacher Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İbni Melek Organize Sanayi Bölgesi 5. Yol No:42 Tire-İzmir/Türkiye Tel: +90 232 513 50 05 Faks: +90 232 853 94 87
info.tr@schumacher-online.com www.schumacher-online.com.tr



Otomatik Yeniden Kullanıma Hazırlama



THERMOTON® CLEANER

Otomatik Yıkama Makineleri İçin Alkali Sıvı Temizleyici

Maddi hasarı önlemek için sıvı döküntüleri temizleyin. Aşındırıcılara karşı dayanıklı/ dayanıklı bir iç astara sahip kapta depolayın.

Sadece profesyonel kullanım içindir.

Ruhsat

- 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'ne uygundur.

Üretici Firma

Dr. Schumacher Kimya San.ve Tic.A.Ş.
İbni Melek Organize Sanayi Bölgesi
5. Yol No:42 Tire-İzmir/Türkiye
Tel: +90 232 513 50 05 Faks: +90 232 853 94 87
www.schumacher-online.com.tr

Ürün	Ambalaj Şekli	İçerik	Gönderim Birimi	REF
THERMOTON CLEANER	Bidon	5 L	3	00-TR117-050



Dr. Schumacher

Dr. Schumacher Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İbni Melek Organize Sanayi Bölgesi 5. Yol No:42 Tire-İzmir/Türkiye Tel: +90 232 513 50 05 Faks: +90 232 853 94 87
info.tr@schumacher-online.com www.schumacher-online.com.tr

